

BIOBASIC

BRUGSANVISNING

Modeller: 210, 310, 410 & 600



Rev.: 20260910

Sprog: Dansk

BIOBASIC

Inden du går i gang

Denne brugsanvisning er beregnet til følgende produktserier

BIOBASIC

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem, inden du tager skabet i brug første gang. Gram BioLine garanterer ikke sikker drift, hvis skabet anvendes til andet end det tilsigtede formål. Indholdet i brugsanvisningen kan ændres uden varsel. Ingen del af denne brugsanvisning må gengives i nogen form uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Gram BioLine. Gram BioLine garanterer skabet under visse garantibetingelser. Gram BioLine er ikke ansvarlig for tab eller beskadigelse af indhold.

Denne brugsanvisning skal betragtes som en integreret del af skabet og skal opbevares tæt på skabet samt være let tilgængelig. Hvis brugsanvisningen går tabt, skal du kontakte din lokale forhandler eller Gram BioLine for at få en ny.

Den aktuelle version af brugsanvisningen kan findes på:

www.gram-bioline.com.

Gram BioLine-udstyr er designet til brug i et system med overvågede, yderligere uafhængige alarmer for at sikre rettidig reaktion på alarmer og dermed maksimal sikkerhed for emnerne.

Ved opbevaring af værdifulde eller temperaturfølsomme materialer eller produkter anbefales det at anvende et automatisk alarmsystem med kontinuerlig overvågning. Dette alarmsystem skal udformes på en måde, der gør det muligt for autoriserede personer omgående at opdage enhver alarmtilstand og træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger.



Hvis du har brug for produktsupport, er du velkommen til at kontakte os på:
support@gram-bioline.com

I tilfælde af tekniske problemer skal Gram BioLines tekniske support eller en autoriseret Gram BioLine-servicepartner altid kontaktes.

Copyright © 2006- Gram BioLine, en division af Gram Scientific ApS, Denmark. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af denne udgivelse ejes af Gram BioLine, hvis ikke andet er angivet, og beskyttes af danske og internationale love om ophavsret. Information og billeder må ikke bruges, kopieres eller overføres uden udtrykkelig tilladelse fra Gram BioLine.

Indholdsfortegnelse

Inden du går i gang	2
Indholdsfortegnelse	4
Tilsigtet formål	6
Temperatursætpunktsinterval og krav til omgivelser	6
Anvendte symboler	7
Installation	8
Indledende opsætning	8
Justering af basen	11
Antikip-beslag	12
Vægmontering	14
Omgivelser	16
Produktinspektion	17
Potentialfri kontakt	18
Tilslutning til strøm	20
Potentialudligning	26
Idriftsættelse	28
Kontrollementer på det digitale display	28
Generel introduktion til styringens grænseflade	29
Alarmindstillinger	30
Knapper og nyttige genveje	31
Driftsparametre	32
Fejlkoder	33
Føler-offset	34
Praktisk eksempel på offsetting	35
Almindelig brug	36
Tætningslister	38
Generelle oplysninger	39
Ansvar	39
Service	40
Type-/nummerskilt	41

Gennemføring	42
Regelmæssig vedligeholdelse	44
Rengøring	44
Vigtigt	46
– Bemærk –	46
Bortskaffelse	47
Datablade	48
Generelle data: BIOBASIC 210, 310, 410	48
BIOBASIC RR210 – med solid dør	49
BIOBASIC RR210 – med glasdør	50
BIOBASIC RR310 – med solid dør	51
BIOBASIC RR310 – med glasdør	52
BIOBASIC RR410 – med solid dør	53
BIOBASIC RR410 – med glasdør	54
BIOBASIC RF210 – med solid dør	55
BIOBASIC RF310 – med solid dør	56
BIOBASIC RF410 – med solid dør	57
Generelle data: BIOBASIC 600	58
BIOBASIC RR600 – med solid dør	59
BIOBASIC RF600 – med solid dør	60
Overensstemmelseserklæring	61
Ledningsdiagrammer	62
BIOBASIC RR/RF210, RR/RF310, RR/RF410	62
BIOBASIC RR600	63
BIOBASIC RF600	64
Rørdiagram	65
Indeks	66

Tilsigtet formål

BIOBASIC-køleskabe (RR) og -fryseskabe (RF) er designet og fremstillet til generel opbevaring af ikke-kritiske laboratorieemner.

BIOBASIC-serien overholder EN/IEC 60079-0 og dækker elektriske apparater i kategori 3, zone 2, hvor der kan være eksplosive atmosfærer. Muliggør placering af BIOBASIC-køleskabe og -fryseskabe i zone 2-områder kategoriseret i henhold til EN/IEC 60079-14.

Skabene er designet til følgende driftsområder:

RR +2/+15 °C

RF -25/-5 °C

ved en maksimal omgivelsestemperatur som angivet i denne brugsanvisning og en maksimal relativ luft-fugtighed på 70 %. Brugeren skal sikre, at skabet anvendes i overensstemmelse med dets tilsigtede anvendelse.

Unormal anvendelse eller anvendelse, der er i modstrid med den tilsigtede anvendelse eller de retningslinjer, der er angivet i produktokumentationen, kan føre til: fare for patientsikkerheden, beskadigelse af opbevarede emner, beskadigelse af skabet, fare for brugeren. Gram BIOBASIC-udstyr er designet til brug i et system med overvågede, yderligere uafhængige alarmer for at sikre rettidig reaktion på alarmer og dermed maksimal sikkerhed for emnerne.

Temperatursætpunktsinterval og krav til omgivelser

Model + temperatur-sætpunktsinterval	Min. omgivende driftstemperatur	Maks. omgivende driftstemperatur
BIOBASIC 210, 310, 410		
RR med solid dør: +2/+15°C	+10°C	+35°C
RR med glasdør: +2/+15°C	+10°C	+32°C
RF: -25/-5°C	+10°C	+35°C
BIOBASIC 600		
RR: +2/+15°C	+10°C	+43°C
RF: -25/-5°C	+10°C	+43°C

Anvendte symboler



Fare



Risiko for elektrisk stød



Risiko for materielle skader



Risiko for personskade



Risiko for forbrænding/frysning



Risiko for brand/brændbare materialer



Eksplosionsfare/eksplosive materialer



Information





ATEX-oplysninger

Installation

Indledende opsætning

- ① Skabet leveres med et transportbeslag, der skal fjernes inden brug.





Af sikkerheds- og betjeningshensyn må skabet ikke anvendes udendørs. Skabet skal installeres på et tørt og tilstrækkeligt ventileret sted. For at sikre effektiv drift bør skabet ikke installeres i direkte sollys eller tæt på varmekilder.




Sørg for at bruge passende personlige værnemidler, såsom handsker, når du håndterer skabet.



Skabets interiør må ikke udsættes for atmosfærer, der kan forårsage korrosion.



Undgå at placere skabet i et klor-/syreholdigt miljø på grund af risikoen for korrosion.



**ADVARSEL – RISIKO FOR
POTENTIEL STATISK ELEKTRICITET**

Fjernelse af beskyttende emballage og film kan forårsage statisk elektricitet. Beskyttende emballage og film må ikke fjernes i ATEX-zoner.

Skabet leveres med en beskyttelsesfilm, der skal fjernes før brug.






Rengør skabet med en mild sæbeopløsning før brug.



Skabet må kun lægges ned i meget kort tid (f.eks. gennem en døråbning). Hvis skabet har ligget ned, skal skabet stå oprejst i mindst 24 timer før brug. Det gør det muligt for olien i kompressorerne at løbe tilbage på plads.

Justering af basen



Skabe, der er udstyret med ben, skal nivelleres som vist på illustrationerne til venstre.



For skabe med hjul skal gulvet være plant for at sikre stabil placering og sikker brug. Når skabet er placeret, skal de to forreste hjul låses.

Antikip-beslag

Skabe med skuffer og/eller glasdør skal fastgøres til en stabil lodret flade, der sikrer, at skabet ikke kan vælte, når skufferne trækkes til den yderste position, eller døren er åben.





Beslag til fastgørelse af skabet medfølger fra fabrikken.



Antikip-beslagene skal monteres ved installation af skabet for at sikre, at brugere, omgivelser og opbevarede emner ikke beskadiges.



Find vejledningen til antipningsbeslaget nedenfor.





Vægmontering

Vægmonteringsbeslag kan leveres, hvis det angives. De giver mulighed for at løfte skabet fra gulvet.

Find instruktioner om vægmontering af en BIOBASIC 210 nedenfor.
Den samme procedure gælder for montering af 310 og 410.

BEMÆRK: Gælder 210/310/410-modeller.






Omgivelser



Skabet skal installeres i overensstemmelse med illustrationerne nedenfor.





Produktinspektion

Der skal udføres et visuelt eftersyn af skabet, før det tages i brug.




Kontroller skabets strukturelle integritet, at dørrammer og døre ikke har deformationer, at tætningslister slutter tæt, og at dørene flugter med dørrammen.

Potentialfri kontakt


Illustrationen nedenfor viser de tre terminaler til relæet (anvendt f.eks. i forbindelse med CTS eller andre eksterne overvågningssystemer). De tre tilslutninger er hhv. Common (almindelig), NO (normalt åben) og NC (normalt lukket).

I det øjeblik, der tilføres spænding, trækker styringen relæet, hvilket gør det muligt for styringen at reagere på både høje og lave temperaturalarmer, døralarmer og spændingsudfald.


Find instruktioner om indstilling af alarmer i afsnittet om styringsindstillinger.



Placering af potentialfri kontakt i 210/310/410



Placering af potentialfri kontakt i 600



Tilslutning af den potentialfri kontakt skal udføres af en kvalificeret installatør.

Tilslutning til strøm



Ved opstilling i almindeligt scenarie, som ikke er underlagt regler for EN 60079-0 zone 2:

Apparatet kan tilsluttes i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser for stærkstrøm.

Bemærk, at der er særlige regler for produkter, der er i overensstemmelse med EN 60079-0 zone 2 og EN 60079-14: Eksplosive atmosfærer – design, valg og opstilling af elektriske installationer.

Apparatet er fremstillet i overensstemmelse med EN 60079-7: Elektriske apparater til eksplosive gasatmosfærer – Del 7: Udstyrsbeskyttelse ved forhøjet sikkerhed "e" og EN 60079-11: Elektriske apparater til eksplosive gasatmosfærer – Part 11: Udstyrsbeskyttelse ved egensikkerhed "i". Beskyttelsestype f II 3G Ex ec ic IIB Tx Gc. Zone 2 er den relevante zone.

Hvis apparatet skal installeres i et zone 2-miljø, skal installationen udføres af specialuddannet personale, eller sådanne skal konsulteres på forhånd, for at sikre, at apparatet installeres i overensstemmelse med de retningslinjer, der aktuelt er indeholdt i standarden.

Skabet er beregnet til tilslutning til vekselstrøm. Tilslutningsværdierne for spænding (V) og frekvens (Hz) er angivet på type-/nummerskiltet.



BIOBASIC 210, 310, 410


Der er adgang til tilslutningsterminalen via det forbelastede dæksel på bagsiden af skabet. Skru det forbelastede dæksel af for at få adgang til hovedterminalen. Sørg for, at det forbelastede dæksel sættes på igen, når strømkablet er sat i.

Bladfjederen i det forbelastede dæksel skal gå i indgreb og forspænde ledningens stik som vist på illustrationerne nedenfor.


BIOBASIC 600

Strømkablet er sat i terminalboksen bag på skabet. Stikket fastgøres derefter med den bøjle, der er indbygget i terminalboksen. Vær opmærksom på, at bøjlen skal sidde stramt omkring stikket som vist.

Sørg under alle omstændigheder for, at stikket sidder helt inde i terminalen på skabet.



Strømkabel tilsluttet 210/310/410-skabe



Strømkabel tilsluttet 600-skab

Apparatet skal sluttes til den eksterne strømforsyning ved hjælp af en egnet anordning, som mekanisk forhindrer utilsigtet adskillelse af stikket og stikkontakten. Tilslutningen skal mærkes:

“DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED”.

(MÅ IKKE SEPARERES, NÅR DER ER TILFØRT ENERGI)

Sikringer og lignende må aldrig fjernes eller udskiftes, mens apparatet er tilsluttet en strømkilde. Den elektriske terminalboks må aldrig åbnes, mens apparatet er tilsluttet en strømkilde. Kompressorens startudstyr må aldrig demonteres, mens apparatet er tilsluttet en strømkilde. LED-lyset må aldrig demonteres, mens apparatet er tilsluttet en strømkilde. Når elektriske komponenter afmonteres eller udskiftes, skal apparatet flyttes til et område, hvor der ikke er nogen risiko for antændelse forårsaget af de elektriske komponenter eller gasser i apparatet. Brug aldrig skabet, hvis stikket er beskadiget. Skabet skal undersøges af en servicetekniker fra Gram BioLine i sådanne tilfælde.

Se EN 60079-14: Eksplosive atmosfærer – Design, udvælgelse og opstilling af elektriske installationer til installationskrav i et ATEX-miljø.

I begge tilfælde

Brug et 3-benet stik. Hvis stikkontakten er beregnet til et 3-benet stik, skal en ledning med grøn/gul isolering forbindes til jordterminalen. Strømmen skal tilsluttes via en stikkontakt. Stikkontakten skal være let tilgængelig. Alle jordingskrav, der er fastsat af de lokale el-myndigheder, skal overholdes. Skabsstikket og stikkontakten skal derefter give korrekt jording. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din lokale leverandør eller autoriserede elektriker.



- Teknisk support -

I tilfælde af tekniske problemer skal Gram BioLines tekniske support eller en autoriseret Gram BioLine-servicepartner altid kontaktes.



- Til Ex-miljøer -

Der kan gælde særlige betingelser for sikker brug af dette produkt ved installation i et EN 60079-14-miljø.

Se de tilsvarende Ex-certifikater for specifikationer.



- Til Ex-miljøer -

Åbne beholdere inde i opbevaringsrummet kan påvirke ATEX-zoneklassificeringen.

Potentialudligning



Til installation i ATEX-kat. 3 Zone 2-områder. Det er obligatorisk at have en potentialudligning. Det er ikke tilstrækkeligt at bruge beskyttelsesjord gennem spændingskilden.


For at sikre potentialudligning af apparatet – skal den monterede eksterne udligningsleder anvendes i overensstemmelse med nationale installationskrav, f.eks. EN 60079-14.

- Montering af udligningslederen skal udføres i henhold til følgende illustrationer.
- Placeringen af tilslutningsmulighederne findes på bagsiden af skabet markeret med: "Attention – Equipotential bonding" (Bemærk – Potentialudligning).
- Udligningslederen skal være mindst 4 mm² mål.
- Brug en ringterminal for at sikre tilstrækkelig udligning.
- Brug den medfølgende M5-maskinskrue og -skive til at fastgøre udligningslederen til skabet. Spænd maskinskruen til 3,2 Nm.

Udligning af skabet er illustreret på næste side.



Bemærk, at denne placering er den eneste producentgodkendte placering til potentialeudligning.




BIOBASIC 600

BIOBASIC 210/310/410

Idriftsættelse

Kontrolelementer på det digitale display



- | | |
|--|---|
| ① Til/fra | ⑨ Tastaturlås aktiveret |
| ② Vælg eller bekræft en menuparameter | ⑩ Display |
| ③ Naviger opad i en given menu/hæv en given værdi | ⑪ Alarm registreret |
| ④ Naviger nedad i en given menu/senk en given værdi | ⑫ Parameterindstillingsmenuen er åben |
| ⑤ Parameterindstillingsmenu/gå et menutrin tilbage | ⑬ Afrimning i gang |
| ⑥ Sætpunktstemperaturindstilling | ⑭ Visuel skelnen mellem køleskab og fryseskab |
| ⑦ Temperaturalarmindstillinger | ⑮ Dørlås |
| ⑧ Kvitter for alarmen, og sæt den på lydløs i 5 minutter | |



Generel introduktion til styringens grænseflade

Tænd/sluk

Tryk kort på  for at tænde skabet, og tryk i 6 sekunder for at slukke skabet.

Igangsætningsprocedure

Udlæsning af softwareversion og variant sker kort tid efter, at skabet er blevet tændt. Skabet vil derefter automatisk starte en afrimningscyklus og afslutte den igen efter en systemkontrol. Skabet er klar, når temperaturen vises.

Skabet vil altid starte, når det sluttes til en strømforsyning. For eksempel efter en strømafbrydelse, eller når skabet tilsluttes for første gang.

Justeringer af sætpunktstemperatur

Temperaturjusteringer udføres ved at trykke på  i 6 sekunder, hvilket udløser sætpunktstemperaturen. Juster sætpunktstemperaturen ved enten at trykke på  eller . Bekræft indstillingerne ved at trykke på .

Alarmindstillinger

Tryk på  i 6 sekunder for at indtaste alarmindstillingerne

Alarmindstillinger 		Enhed	Forklaring
	HL	[°C]	Alarmgrænse for høj temperatur. Kode for aktiveret alarm [A2]
	LL	[°C]	Alarmgrænse for lav temperatur. Kode for aktiveret alarm [A3]
	Hd	[Min.]	Forsinkelse af højtemperaturalarm
	Ld	[Min.]	Forsinkelse af lavtemperaturalarm
	dA	Til/fra	Døralarm. Kode for aktiveret alarm [A1]. [1=on/0=Off]
	dAd	[Min.]	Forsinkelse af døralarm
	BU	Til/fra	Akustisk signal for alarmkoder [A1], [A2] og [A3]. [1=on/0=Off]



Knapper og nyttige genveje

Knapper	Tryk for	Funktion
	-	Kvitter for alarmen, og sæt den på lydløs i 5 minutter
	> 6 sekunder	Adgang til alarmindstillinger
	> 6 sekunder	Adgang til parameterindstillingerne
	> 6 sekunder	Juster/vis sætpunktstemperaturværdi
 + 	> 3 sekunder	Start eller stop en afrimning manuelt
 + 	> 6 sekunder	Aktivering/deaktivering af tastelåsen
	-	Viser den højeste registrerede temperaturspids (siden sidste nulstilling af alarm- og temperaturhistorik)
	-	Viser den laveste registrerede temperaturspids (siden sidste nulstilling af alarm- og temperaturhistorik)
 + 	> 3 sekunder	Ryd og nulstil alarm- og temperaturhistorik
 +  + 	> 6 sekunder	Gendanner fabriksindstillinger

Driftsparametre



- BEMÆRK -

Ændring af driftsparametre uden udtrykkelig tilladelse fra Gram BioLine kan have utilsigtede indvirkninger på ydeevnen og potentielt ugyldiggøre garantien.

Tryk på  i 6 sekunder for at indtaste driftsparametre.

Driftsparametre 	↴	Enhed	
	cA	[K]	Offset af A-føler. Referenceføler for køle- og alarmsystem
	d1		Antal afrimninger pr. 24 timer (4 er fabriksindstilling)
	d2	[°C]	Termineringstemperatur i fordamperen under en afrimning
	Li	Til/fra	*Kun for modeller med glasdør* – Tænd eller sluk for lyset
	tEr	 ↴	Relætest/komponenttest
		tC	[°C] Test kompressorrelæ
		tF	[Min.] Test fordamperventilator
		td	[Min.] Test afrimningselementrelæ (RF-modeller)
		tL	Til/fra Test
		tA	[Min.] Test alarmrelæ (udløser potentialfri)
		tdP	Til/fra Test display
Følerudlæsning	P-A	[°C]	Test udgang for A-føler
	P-B	[°C]	Test udgang for B-føler



Fejlkoder

Vis kode	Forklaring
- 0 -	Døren er åben
[A1]	Døralarm "dAd" er aktiveret
[A2]	Høj temperaturalarm "HL" er eller har været aktiveret
[A3]	Lav temperaturalarm "LL" er eller har været aktiveret
F1	Fejl på hovedskabets føler. Kølesystemet bruger et nødprogram til at få skabet til at køre. Temperaturstabiliteten påvirkes. Service er påkrævet
F2	Fejl på fordamperføleren. Service er påkrævet



- BEMÆRK -

Alarmer for høj og lav temperatur, der er opsat i skabets styring, skal ledsages af yderligere redundante uafhængige eksterne alarmer for at sikre maksimal emnesikkerhed.

Se vejledningen til tilslutning af den "potentialfri kontakt" i afsnittet "Installation".

Låsealarmer: [A2], [A3]

På grund af de potentielle konsekvenser af alarmer, tændes det røde alarmklokkelys, mens den tilsvarende alarmkode blinker i displayet. Alarmtilstanden forbliver tændt, indtil den bekræftes ved at trykke på

Føler-offset

Føler-offset anvendes i tilfælde, hvor der er afvigelser i skabenes faktiske drift sammenlignet med kontrolmålingerne ved uafhængig temperaturovervågning.

A-føleren bruges til at styre skabenes kølesystem og er også referenceføler for display og alarmer.

A-føleren offsettes, hvis den faktiske temperatur i skabet ikke svarer til sætpunktet, selvom der tages højde for hysteresen. Offset af A-føler kaldes "cA".

Offset af A-føleren

- ↳ Tryk og hold  nede i mere end 6 sekunder
- ↳ Tryk på  for at vælge "cA"
- ↳ Tryk på  +  for at offsette A-føleren
- ↳ Tryk på  for at bekræfte den indstillede værdi

A-føleren er nu offset. Fortsæt til andre parametre ved at trykke på , naviger derefter ved hjælp af  af eller .

- ↳ Forlad brugermenue ved at trykke på  flere gange, indtil skabstemperaturen vises på displayet.

Praktisk eksempel på offsetting



Eksempel 1 – temperaturen i skabet kører koldere end det faktiske sætpunkt

Med et sætpunkt på $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$ er den faktiske temperatur inde i skabet mellem $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$. Det ønskede temperaturområde er mellem $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Det betyder, at "cA" i dette tilfælde skal være $-1,0\text{ K}$, så kølesystemet stopper $1,0\text{ K}$ før og starter $1,0\text{ K}$ senere end sætpunktet normalt ellers ville diktere.

Eksempel 2 – temperaturen i skabet kører varmere end det faktiske sætpunkt

Med et sætpunkt på $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$ er den faktiske temperatur inde i skabet mellem $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $+6\text{ }^{\circ}\text{C}$. Det ønskede temperaturområde er mellem $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Det betyder, at "cA" i dette tilfælde skal være $1,0\text{ K}$, så kølesystemet stopper $1,0\text{ K}$ senere og starter $1,0\text{ K}$ tidligere end sætpunktet normalt ellers ville diktere.

Almindelig brug




Skabet er ikke egnet til opbevaring af genstande, der afgiver dampe, da de kan korrodere skabet og dets komponenter.



Alle emner i skabet, der ikke er indkapslede eller indpakkede, skal tildækkes for at reducere risikoen for korrosion af skabet og dets komponenter.

Skabets interiør må ikke udsættes for korroderende atmosfærer.

Emnerne skal fordeles jævnt i skabet med minimal lagtykkelse/maksimal overflade. Samtidig skal luften kunne cirkulere frit mellem emnerne.




Der skal være en afstand på 20 mm mellem den indvendige del af døren og de opbevarede emner for at muliggøre luftgennemstrømning foran på skabet.




Emner, der placeres øverst, nederst eller forrest i skabet, vil medføre, at luftcirkulationen hindres, hvilket reducerer skabets ydeevne.

Hold de markerede områder i skabet (vist på denne side) fri for alle emner, så der sikres tilstrækkelig luftcirkulation og dermed køling.

Anbring ikke emner under det nederste hyldebeslag.



BIOBASIC 210/310/410




BIOBASIC 600

Tætningslister

Tætningslister er en vigtig del af et skab, tætningslister med forringet funktionalitet reducerer skabets forsegling med døren.

Forringede tætninger kan føre til øget fugtighed i opbevaringsrummet, tilset fordampere (og dermed reduceret kølekapacitet) og i nogle tilfælde reduceret forventet levetid for skabet. Det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på tætningslisternes tilstand. Regelmæssig inspektion anbefales.



Tætningslisten skal rengøres regelmæssigt med en mild sæbeopløsning.

Kontakt den lokale Gram BioLine-distributør, hvis en tætningsliste skal udskiftes.

Generelle oplysninger



Ansvar

Læs følgende omhyggeligt for at få oplysninger om teknisk sikkerhed og ansvar for Gram BioLine-produkter.



Garantien kan bortfalde i tilfælde af, at skabet anvendes til andre formål end dets tilsigtede anvendelse eller på anden måde ikke i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i brugsanvisningen.



Defekte dele skal udskiftes med originale dele fra Gram BioLine. Gram BioLine kan kun garantere funktions- og sikkerhedskrav til skabene, hvis ovennævnte overholdes.



Skabet skal kontrolleres mindst én gang om året af en tekniker, der er autoriseret af Gram BioLine.

Service



- ADVARSEL -

MÅ IKKE ÅBNES, VEDLIGEHOLDES ELLER SERVICERES I ET OMRÅDE, HVOR DER ER EN EKSPLOSIV ATMOSFÆRE

Kølesystemet og den hermetisk forseglede kompressor kræver ingen vedligeholdelse.

Kondensatoren og luftfilteret kræver dog regelmæssig rengøring. Hvis kølingen svigter, skal du først se efter, om skabet er blevet slukket utilsigtet, eller om en sikring er sprunget.

Hvis årsagen til fejlen ikke kan findes, skal du kontakte din leverandør med angivelse af Type og S/N. Find denne på type-/nummerskiltet.



- Ved service -

Sørg for, at apparatet er slukket på stikkontakten, før der udføres service på skabet. Det er ikke tilstrækkeligt at slukke skabet på tænd/sluk-knappen , da strømmen vil forblive i nogle af skabets elektriske dele.




Vær opmærksom på, at skabe, der bruger kulbrinter (HC) som kølemiddel, kan kræve særlig håndtering af kvalificerede teknikere.


Type-/nummerskilt

Type-/nummerskiltet, der er placeret på indersiden af opbevaringsrummet, findes som reference nedenfor.

Type-/nummerskiltet



BIOBASIC 210/310/410




BIOBASIC 600


Gennemføring

Alle gennemføringer er konstrueret på samme måde med en konisk polystyrenprop (1), monteret fra bagsiden af skabet, og en plasthætte (2), monteret fra indersiden af skabet.

Bemærk, at det er meget vigtigt at genmontere polystyrensticket og plastikhætten efter montering af føler, sonde osv. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i nedsat ydeevne eller funktionsfejl i skabet.



Gennemføringerne er tydeligt markeret med "Gennemføring" på skabet.
Find placeringer nedenfor.




Regelmæssig vedligeholdelse

Rengøring

Skabet skal rengøres indvendigt med en mild sæbeopløsning. (Maks. 85 °C) med passende intervaller og kontrolleres grundigt, før det tages i brug igen.

Rengøringsmidler med en pH-værdi på 5 ± 1 kan bruges, når en mild sæbeopløsning og/eller vand derefter bruges til at fjerne alle stoffer, der kan beskadige skabets komponenter eller overflader. Rengøringsmidlet skal være kompatibelt med materialer som f.eks. stål, legeringer, metalplader, maling og plast





Det anbefales, at genfordamperbakken kontrolleres regelmæssigt for fremmedlegemer og rengøres i overensstemmelse hermed.

Pas på ikke at beskadige tøvandrøret og varmeelementet (placeret i bakken) under rengøring.



Klorholdige rengøringsmidler samt andre ætsende midler må ikke anvendes, da de kan medføre korrosion på skabets og fordampersystemets rustfrie paneler.



Skabet må ikke tilsluttes en strømkilde under rengøring.

Vigtigt



- Bemærk -



Der kan være skarpe kanter på skabet, kompressorrummet og indvendigt. Udvis rettidig omhu ved håndtering af skabet. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre personskaade.

Fare for fastklemning i rammeslidsen mellem dør og skab, udvis rettidig omhu ved åbning og lukning af kabintetdøren. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre personskaade. Fare for fastklemning i skuffesøjlen mellem skufferne og skabets interiør, udvis rettidig omhu ved brug af skufferne. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre personskaade.

Ulåste hjul kan medføre uventede bevægelser af skabet. Lås hjulene efter montering. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre personskaade.

Genfordamperbakken, genfordamperbakkens varmelegeme, trykrør og kompressorer udvikler betydelig varme under drift. Sørg for, at disse komponenter er tilstrækkeligt tempererede, før du rører ved dem. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre personskaade.

Fordamperen udvikler betydelig kulde under drift. Sørg for, at fordamperen er tilstrækkeligt tempereret, før den berøres. Forsømmelse af denne forholdsregel kan medføre personskaade.

Blæserne kan forårsage personskaade under drift. Undgå at berøre blæserne, mens skabet er tilsluttet elnettet. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre personskaade.

Brug ikke elektriske apparater inde i skabet.

Uautoriserede ændringer af skabet kan ugyldiggøre garantien.



Bortskaffelse

Hos Gram BioLine har vi forpligtet os til miljømæssig bæredygtighed og overholder fuldt ud direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Når apparatet bortskaffes i en EU-medlemsstat, skal det ske i overensstemmelse med forordningerne om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).



Produkter mærket med en "overstregeskraldespand" er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overstregede skraldespand symboliserer, at affald af denne type ikke må bortskaffes sammen med usorteret kommunalt affald, men skal indsamles separat.

Dette køleskab eller denne fryser er specielt designet til biovidenskabelige formål. Det er derfor vigtigt at rengøre apparatet grundigt for at sikre, at der ikke er rester eller skadelige stoffer tilbage. Selvom det ikke er et krav i henhold til WEEE-direktivet at dokumentere rengøringen, anses det for god praksis at sikre, at køleskabet er fri for skadelige stoffer, før det sendes til genbrug eller bortskaffelse. Dette er med til at beskytte de personer, der er ansvarlige for håndteringen af apparatet, og sikrer en sikker og miljøvenlig genanvendelsesproces.

Korrekt bortskaffelse og genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr bidrager til at reducere affald og minimere miljøpåvirkningen. Ved at følge korrekt håndteringspraksis støtter din organisation forebyggelse af forurening og bevarelse af ressourcer. Genanvendte materialer sorteres, rengøres og forarbejdes til genbrug, hvilket bidrager til bæredygtighed og reducerer behovet for nye råmaterialer.



Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Gram BioLine for professionel support og vejledning.

Datablade

Generelle data: BIOBASIC 210, 310, 410

Tekniske data	Data
El-tilslutning	230 VAC, 50 Hz
Control Unit	Gram BIOBASIC MPC-46
Alarmer	Akustiske og visuelle temperatur- og døralarmer
Alarmporte	Potentialfri kontakt (230 VAC/8 A)
Gennemføring	1 st. ø24 mm
Dør	Højre- eller venstrehængt
Materiale interiør	PS-interiør
Materiale eksteriør	Hvidlakeret stål
Vægtykkelse	52 mm
Isolering	Polyuretanskum med HFC-frit cyklopentan drivmiddel
Luftfordelingssystem	Gram BioLine ventileret luftfordelingssystem
IP-klasse	IP21



BIOBASIC RR210 – med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+15 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
SW-variant	K72
K-værdi	0,36 W/(m ² *K)
ATEX-certifikat	ExVeritas 26 ATEX 2343 X
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc
Bruttovolumen	125 liter
Nettovolumen	104 liter
Mål – H x B x D	830 x 595 x 640 mm
Afrimningssystem	Automatisk smart afrimningsfunktion med genfordampning af tøvdanet. Luftafrimning.
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	33 g
Kølekapacitet ved -10 °C	154 Watt
GWP – CO2e	Ej mulig
Energiforbrug – standardsætpunkt	0,43 kWh/24 t
Varmeafgivelse 100 %	97 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	26 Watt
Nominelt forbrug	95,1 Watt
Start amps	7,6 A
Lydniveau	33,3 dB(A)

BIOBASIC RR210 – med glasdør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+15 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
SW-variant	K73
K-værdi	0,36 W/(m ² *K)
ATEX-certifikat	ExVeritas 26 ATEX 2343 X
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc
Bruttovolumen	125 liter
Nettovolumen	104 liter
Mål – H x B x D	830 x 595 x 640 mm
Afrimningssystem	Automatisk smart afrimningsfunktion med genfordampning af tøvdanet. Luftafrimning.
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	33 g
Kølekapacitet ved -10 °C	154 Watt
GWP – CO2e	Ej mulig
Energiforbrug – standardsætpunkt	0,79 kWh/24 t
Varmeafgivelse 100 %	102 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	41 Watt
Nominelt forbrug	100,1 Watt
Start amps	7,6 A
Lydniveau	33,6 dB(A)



BIOBASIC RR310 – med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+15 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
SW-variant	K72
K-værdi	0,36 W/(m ² *K)
ATEX-certifikat	ExVeritas 26 ATEX 2343 X
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc
Bruttovolumen	218 liter
Nettovolumen	189 liter
Mål – H x B x D	1220 x 595 x 640 mm
Afrimningssystem	Automatisk smart afrimningsfunktion med genfordampning af tøvet. Luftafrimning.
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	45 g
Kølekapacitet ved -10 °C	154 Watt
GWP – CO ₂ e	–
Energiforbrug – standardsætpunkt	0,51 kWh/24 t
Varmeafgivelse 100 %	93,7 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	27,6 Watt
Nominelt forbrug	99,1 Watt/0,9 A
Start amps	7,6 A
Lydniveau	34,1 dB(A)

BIOBASIC RR310 – med glasdør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+15 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
SW-variant	K73
K-værdi	0,36 W/(m ² *K)
ATEX-certifikat	ExVeritas 26 ATEX 2343 X
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc
Bruttovolumen	218 liter
Nettovolumen	189 liter
Mål – H x B x D	1220 x 595 x 640 mm
Afrimningssystem	Automatisk smart afrimningsfunktion med genfordampning af tøvdanet. Luftafrimning.
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	45 g
Kølekapacitet ved -10 °C	154 Watt
GWP – CO2e	Ej mulig
Energiforbrug – standardsætpunkt	0,90 kWh/24 t
Varmeafgivelse 100 %	93,7 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	27,6 Watt
Nominelt forbrug	101,1 Watt/0,9 A
Start amps	7,6 A
Lydniveau	35,2 dB(A)



BIOBASIC RR410 – med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+15 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
SW-variant	K70
K-værdi	0,35 W/(m ² *K)
ATEX-certifikat	ExVeritas 26 ATEX 2343 X
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc
Bruttovolumen	346 liter
Nettovolumen	312 liter
Mål – H x B x D	1876 x 595 x 640 mm
Afrimningssystem	Automatisk smart afrimningsfunktion med genfordampning af tøvdanet. Luftafrimning.
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	51 g
Kølekapacitet ved -10 °C	226 Watt
GWP – CO2e	Ej mulig
Energiforbrug – standardsætpunkt	0,59 kWh/24 t
Varmeafgivelse 100 %	109,6 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	26 watt – 19 Watt
Nominelt forbrug	113 Watt/0,8 A
Start amps	6,4 A
Lydniveau	33,2 dB(A)

BIOBASIC RR410 – med glasdør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+15 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
SW-variant	K73
K-værdi	0,35 W/(m ² *K)
ATEX-certifikat	ExVeritas 26 ATEX 2343 X
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc
Bruttovolumen	346 liter
Nettovolumen	312 liter
Mål – H x B x D	1876 x 595 x 640 mm
Afrimningssystem	Automatisk smart afrimningsfunktion med genfordampning af tøvdanet. Luftafrimning.
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	51 g
Kølekapacitet ved -10 °C	207 Watt
GWP – CO2e	Ej mulig
Energiforbrug – standardsætpunkt	1,31 kWh/24 t
Varmeafgivelse 100 %	109,6 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	30,2 Watt
Nominelt forbrug	113 W/0,8 A
Start amps	6,4 A
Lydniveau	33,7 dB(A)



BIOBASIC RF210 – med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
SW-variant	F70
K-værdi	0,36 W/(m ² *K)
ATEX-certifikat	ExVeritas 26 ATEX 2343 X
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec ic IIB T3 Gc
Bruttovolumen	125 liter
Nettovolumen	104 liter
Mål – H x B x D	830 x 595 x 640 mm
Afrimningssystem	Automatisk smart afrimningsfunktion med genfordampning af tøvet. Varmelegeme.
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	30 g
Kølekapacitet ved -25 °C	159 Watt
GWP – CO ₂ e	N/A
Energiforbrug – standardsætpunkt	1,47 kWh/24 t
Varmeafgivelse 100 %	145,9 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	63,9 Watt
Nominelt forbrug	133 Watt/1,1 A
Start amps	6,6 A
Lydniveau	37,7 dB(A)

BIOBASIC RF310 – med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
SW-variant	F70
K-værdi	0,36 W/(m ² *K)
ATEX-certifikat	ExVeritas 26 ATEX 2343 X
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec ic IIB T3 Gc
Bruttovolumen	218 liter
Nettovolumen	189 liter
Mål – H x B x D	1220 x 595 x 640 mm
Afrimningssystem	Automatisk smart afrimningsfunktion med genfordampning af tøvdanet. Varmelegeme.
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	35 g
Kølekapacitet ved -25 °C	204 Watt
GWP – CO2e	Ej mulig
Energiforbrug – standardsætpunkt	1,56 kWh/24 t
Varmeafgivelse 100 %	141,5 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	70,5 Watt
Nominelt forbrug	152 Watt/1,0 A
Start amps	8,0 A
Lydniveau	37,8 dB(A)



BIOBASIC RF410 – med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
SW-variant	F70
K-værdi	0,35 W/(m ² *K)
ATEX-certifikat	ExVeritas 26 ATEX 2343 X
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec ic IIB T3 Gc
Bruttovolumen	346 liter
Nettovolumen	312 liter
Mål – H x B x D	1875 x 595 x 640 mm
Afrimningssystem	Automatisk smart afrimningsfunktion med genfordampning af tøvdanet. Varmelegeme.
Kølemiddel	R600a
Påfyldning af kølemiddel	47 g
Kølekapacitet ved -25 °C	204 Watt
GWP – CO2e	Ej mulig
Energiforbrug – standardsætpunkt	2,06 kWh/24 t
Varmeafgivelse 100 %	153,4 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	88,7 Watt
Nominelt forbrug	157 Watt/1,0 A
Start amps	8,0 A
Lydniveau	36,6 dB(A)

Generelle data: BIOBASIC 600

Tekniske data	Data
Omgivelsestemperatur	+10/+43 °C
El-tilslutning	230 VAC, 50 Hz
Control Unit	Gram BIOBASIC MPC-46
Alarmer	Akustiske og visuelle temperatur- og døralarmer
Alarmporte	Potentialfri kontakt (230 VAC/8 A)
Gennemføring	2 st. ø24 mm
Bruttovolumen	610 liter
Nettovolumen	536 liter
Dør	Højre- eller venstrehængt
Materiale interiør	Rustfrit stål
Materiale eksteriør	Hvidlakeret stål
Vægtykkelse	70 mm
K-værdi	0,27 W/(m ² *K)
Mål – H x B x D	2,125 x 700 x 895 mm
Bruttovægt	140 kg
Nettovægt	130 kg
Isolering	Polyurethanskum
Luftfordelingssystem	Gram BioLine ventileret luftfordelingssystem
IP-klasse	IP21



BIOBASIC RR600 – med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	+2/+15 °C
SW-variant	K70
Afrimningssystem	Automatisk smart afrimningsfunktion med genfordampning af tøvdamp. Luftafrimning.
ATEX-certifikat	ExVeritas 26 ATEX 2342 X
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc
Kølemiddel	R290
Påfyldning af kølemiddel	75 g
Kølekapacitet ved -10 °C	336 Watt
GWP – CO2e	Ej mulig
Energiforbrug – standardsætpunkt	1,44 kWh/24 t
Varmeafgivelse 100 %	198 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	Ej mulig
Nominelt forbrug	288 Watt/1,4 A
Start amps	10,1 A
Lydniveau	44,4 dB(A)

BIOBASIC RF600 – med solid dør

Tekniske data	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
SW-variant	F71
Afrimningssystem	Automatisk smart afrimningsfunktion med genfordampning af tøvdanget. Varmelegeme.
ATEX-certifikat	ExVeritas 26 ATEX 2342 X
ATEX-mærkning	II 3G Ex ec ic IIB T2 Gc
Kølemiddel	R290
Påfyldning af kølemiddel	73 g
Kølekapacitet ved -25 °C	339 Watt
GWP – CO2e	Ej mulig
Energiforbrug – standardsætpunkt	3,77 kWh/24 t
Varmeafgivelse 100 %	344 Watt
Standardsætpunkt for varmeafgivelse	Ej mulig
Nominelt forbrug	357 Watt/1,8 A
Start amps	13,8 A
Lydniveau	44,4 dB(A)

Overensstemmelseserklæring



Dansk EU-overensstemmelseserklæring

Vi, **Gram Scientific ApS**, erklærer som producent under eneansvar, at følgende produkter er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser:

Navn:	BIOBASIC
Model:	RR210, RF210, RR310, RF310, RR410, RF410, RR600 & RF600
Kølemedium:	R600a & R290
Produktbeskrivelse:	Køle- og fryseskabe til laboratorier
Gældende fra (År/Uge):	2026/20

Denne erklæring vedrører overholdelse af alle gældende væsentlige krav og andre bestemmelser i Det Europæiske Råds direktiv og forordninger. Specifikt gælder følgende direktiver og forordninger fra Europa-Parlamentet og Rådet:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiver:

Maskindirektivet 2006/42/EU
- ATEX-direktivet 2014/34/EU
- Trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU
- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU
- REACH (EU) nr. 1907/2006
- F-gas forordningen (EU) No 2024/573

Produktets overensstemmelse er blevet demonstreret baseret på følgende harmoniserede standarder:

Harmoniserede standarder:	Tekst:
EN 61010-1:2010	Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr – Del 1: Generelle krav
EN 61326-1: 2013	Elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug - EMC-krav – Del 1: Generelle krav
EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-0:2018/AC:2020	Eksplorative atmosfærer – Del 0: Udstyr - Generelle krav
EN 60079-7:2015 EN 60079-7:2015/A1:2018	Eksplorative atmosfærer – Del 7: Beskyttelse af materiel med forhøjet sikkerhed "e"
EN 60079-11:2012	Eksplorative atmosfærer – Del 11: Beskyttelse af udstyr med egensikkerhed "i"
EN ISO 3744:2010	Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkluder ved hjælp af lydtryk - Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan – Teknikermetoder
EN ISO 9001:2015	Kvalitetsledelsessystemer – Krav
EN ISO 14001:2015	Miljøledelsessystem – Krav og vejledning


Gram Scientific ApS
Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vojens
Danmark
Telefon: + 45 73 20 13 00

Vojens, 03.07.2026

John B. S. Petersen
Godkendelsesansvarlig


Ledningsdiagrammer

BIOBASIC RR/RF210, RR/RF310, RR/RF410







BIOBASIC RR600



BIOBASIC RF600



Rørdiagram



	DK	GB	D
A	Kompressor	Compressor	Kompressor
B	Kondensator	Condenser	Verflüssiger
C	Tørrefilter	Filter drier	Trockenfilter
D	Varmeudveksler	Heat exchanger	Wärmeaustauscher
E	Fordamper	Evaporator	Verdampfer
Revision			Inspection / important Dimension marked with (X.XX) General tolerance: ISO 2768-m : ISO 286-2
Description. Piping diagram BioCompact II			
Gram Scientific ApS (CVR-nr. 43122193) Aage Grams Vej 1 6500 Vojens	Date	Sign.	Sheetsize
	02-01-2023	JABP	4
Drawing no.			Sheet no.
765042593			1 of 1
			Rev. 000
All rights to this drawing belongs to Gram Scientific ApS, cf. law of Copyright. Thus the drawing should notwithout our written permission be copied, presented or passed over to a third person. Misuse will lead to prosecution.			

Indeks

A

Alarmindstillinger	30
Almindelig brug	36
Ansvar	39
Antikip-beslag	12

B

Bortskaffelse	47
---------------------	----

D

Datablade	48
Digital display	28
Driftsparametre	32

F

Fejlkoder	33
Føler-offset	34

G

Generel introduktion	
til styringens grænseflade	29
Generelle oplysninger	39
Gennemføring	42

I

Idriftsættelse	28
Igangsætningsprocedure	29
Inden du går i gang	2
Indholdsfortegnelse	4
Indledende opsætning	8
Installation	8

J

Justering af basen	11
--------------------------	----

K

Knapper og nyttige genveje ...	31
--------------------------------	----

L

Ledningsdiagrammer	62
--------------------------	----

O

Omgivelser	16
Opsætning	8
Overensstemmelseserklæring.	61

P

Potentialfri kontakt	18
Potentialudligning	26
Produktinspektion	17

R

Rengøring	44
Rørdiagram	65

S

Sætpunktstemperatur	29
Service	40
Styringens grænseflade	29
Symboler	7

T

Tætningslister	38
Temperatursætpunktsinterval. .	6
Tilsluttet formål	6
Tilslutning til strøm	20
Type-/nummerskilt	41

V

Vægmontering	14
Vedligeholdelse	44
Vigtigt	46





Produceret af Gram Scientific ApS

Aage Grams Vej 1 · 6500 Vojens · Denmark

Tel: +45 73 20 13 00

e-mail: info@gram-bioline.com · www.gram-biobasic.com

BIOBASIC